

Phonak Audéo™ 1

Phonak Audéo I-Sphere (I90/I70/Trial)

Technický list


Reproduktor S

Data vazby kupleru 2 cm³


ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah	<100 Hz - 10 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

Upozornění

- ⚠ Toto sluchadlo má výstupní hladinu zvukového tlaku, která může překročit 132 dB SPL. Při nastavování tohoto zařízení je třeba dbát zvláštní opatrnosti, hrozí riziko poškození zbytkového sluchu uživatele.
- ⚠ Změny nebo úpravy sluchadla, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, nejsou povoleny. Takové změny mohou způsobit poškození ucha nebo sluchadla.
- ⚠ Vzniklý zvukový tlak (SPL) v uších dětí může být podstatně vyšší než u průměrné dospělé osoby. Pro korekci cílové hodnoty se doporučuje naměřená hodnota RECD pro nastavení OSPL90.


Reproduktor M

Data vazby kupleru 2 cm³


ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah	<100 Hz - 10 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

*Předpokládaná doba provozu nabíjecí baterie závisí na aktivních funkcích, použití bezdrátového příslušenství, ztrátě sluchu, stáří baterie a poslechového prostředí.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Audéo™ 1

Phonak Audéo I-Sphere (I90/I70/Trial)


Reproduktor MAV

Data vazby kupleru 2 cm³


ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah	< 100 Hz - 9 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

Obecné informace k testu

- Používají se specifická nastavení měření. Nastavení RTS s ovládáním hlasitosti.
- Zařízení pracuje v lineárním režimu.
- Nízkoúrovňová expanze je aktivní.
- Všechny získané údaje jsou měřeny s nastavením měření Phonak Target.
- Latence zvukového signálu stanovená podle interního standardu je 6,2 ms.

*Očekávaná doba provozu dobíjecí baterie závisí na aktivních funkcích, používání bezdrátového příslušenství, míře ztráty sluchu, stáří baterie a poslechovém prostředí.

Technický list




Reproduktor P

Data vazby kupleru 2 cm³


ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah	< 100 Hz - > 7 100 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Audéo™ 1

Phonak Audéo I-Sphere (I90/I70/Trial)

Reproduktor UP

Data vazby kupleru 2 cm³


ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022


Technický list



Výstupní hladina akustického tlaku



Akustický zisk



Frekvenční rozsah	<100 Hz – > 8 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

*Předpokládaná doba provozu nabíjecí baterie závisí na aktivních funkcích, použití bezdrátového příslušenství, ztrátě sluchu, stáří baterie a poslechově prostředí.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko

A Sonova brand

PHONAK
life is on